

MHA 150 (체외진단 의료기기)

● 사용목적

각종 미생물 염색 시약 및 미생물 배양용 선택 · 동정 배지, 혈액 배양 배지

● 사용방법

(1) 검사 원리

항생제 감수성 검사(디스크 확산법)에 쓰이는 배지이다. 카제인과 쇠고기 추출물의 산 가수분해물(소화물)은 아미노산과 다른 질소 물질, 미네랄, 비타민, 탄소 및 다른 영양소를 공급하여 미생물의 생장을 차단한다. 전분은 배지에 존재 할 가능성이 있는 독성 물질을 보호해주는 콜로이드로써 작용한다. 고압증기 멸균 중에 전분의 가수분해는 에너지원이 되는 적은 양의 Dextrose를 제공한다. 한천은 고형제이다.

(2) 검사 준비 및 저장방법(검체의 저장방법)

- 1) 검체는 감염이 있는 바로 그 부위에서 채취해야 하며 인접부위에서 오염균이 들어가는 것을 막아야 한다.

(3) 검사 전 준비과정

- 1) 무균처리한 적당한 검체의 채취기구와 용기를 준비한다.

(4) 검사과정

- 1) 접종 시 무균인 곳(예. 클린벤치)에서 멸균된 채취 기구를 사용하여 검체를 채취한다.
- 2) 채취한 검체를 MHA 150 배지에 접종한다.
- 3) 35°C 인큐베이터 안에서 18hr 배양 후 결과를 판독한다.

(5) 결과판정

- 1) 군이 자랐는지 확인 후, 그 군이 어떤 군인지 확인한다.
- 2) 판정기준

명칭	ATCC	검사기준	
		Antibiotic disk	Zone Size
<i>E.coli</i>	25922	Amikacin(30μg)	19 ~ 26
		Aztreonam(30μg)	28 ~ 36
		Cefotaxime(30μg)	29 ~ 35
		Ciprofloxacin(5μg)	29 ~ 37
		Cefoxitin(30μg)	23 ~ 29
		Cefepime(30μg)	31 ~ 37
		Gentamicin(10μg)	19 ~ 26
		Meropenem(10μg)	28 ~ 35
<i>S. aureus</i>	25923	Ciprofloxacin(5μg)	22 ~ 30
		Cefoxitin(30μg)	23 ~ 29
		Clindamycin(2μg)	24 ~ 30
		Gentamicin(10μg)	19 ~ 27
		Penicillin(10units)	26 ~ 37
		Quinupristin-dalfopristin(15μg)	21 ~ 28
		Trimethoprim-sulfamethoxazole (1.25/23.75μg)	24 ~ 32
		Vancomycin(30μg)	17 ~ 21
<i>P. aeruginosa</i>	27853	Amikacin(30μg)	18 ~ 26
		Aztreonam(30μg)	23 ~ 29
		Cefotaxime(30μg)	18 ~ 22
		Ciprofloxacin(5μg)	25 ~ 33
		Cefepime(30μg)	25 ~ 31
		Gentamicin(10μg)	17 ~ 23
		Meropenem(10μg)	27 ~ 33
		Piperacillin(100μg)	25 ~ 33

● 정도관리

1) 사용할 군주

S. aureus ATCC 25923

E. coli ATCC 25922

P.aeruginosa ATCC 27853

2) 사용할 배지

MHA 150 배지를 냉장고에서 꺼내 Clean Bench에 30분정도 준비한다.

3) 접종균액의 준비

표준균주 군집락을 채취하여 Mueller Hinton Broth 에 풀어 탁도 0.5 McFarland에 맞춘다.

4) 시험 과정

탁도를 맞춘 군액을 채취기구에 묻혀(예. 멸균 된 면봉) MHA 150 배지 표면에 고르게 접종한 후 항생제디스크를 올려 배양한다.
접종 후, 35°C Incubator에서 18hr 배양 후 결과를 확인 한다.

● 보관조건 및 사용기한

개봉여부	보관조건	사용기한
미개봉	냉장(2~10°C)	제조 후 2개월

● 원재료(성분 또는 특징)

Acid Digest of Casein	17.5 g
Beef Extract	2.0 g
Soluble Starch	1.5 g
Agar	17.0 g

● 사용상의 주의사항 및 폐기 방법

1. 본 제품은 의료기기이며, 체외진단용으로만 사용합니다.
2. 본 제품은 반드시 냉장 보관 (2~10°C) 해 주십시오.
3. 사용시간이 경과한 제품이나 동결되었던 제품은 품질이 변질되어 정확한 결과를 얻을 수 없으므로 사용하지 마십시오.
4. 사용시 오염 가능성이 없는 곳에서 사용해 주십시오.
(예. 클린벤치)
5. 검체는 병원성 미생물일 가능성이 있으므로 취급시 주의하여 주십시오.
6. 사용 후 폐배지는 멸균 한 후 의료 폐기물 또는 산업 폐기물 등으로 구분하여 처리 해 주십시오.
7. 측정결과에 기초한 진단은 다른 검사 결과 등과 종합하여 담당 의사가 종합적으로 판단하여 주십시오.
8. 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 하지 마십시오.

● 작성 및 개정연월일

작성연월일 : 2013년11월21일 개정연월일 : 2024년08월26일

● 포장규격(시약 구성내용)

40ea / 1kit

● 교환 및 반품

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환하여 드립니다.

연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750