

Selenite Broth (체외진단 의료기기)

● 사용목적

각종 미생물 염색 시약 및 미생물 배양용 선택 · 동정 배지, 혈액 배양 배지

● 사용방법

(1) 검사 원리

Peptone은 필수 질소 및 탄소 화합물을 제공한다. 이 배지에 있는 lactose는 일정한 pH가 유지되도록 해준다. 세균의 증식으로 Selenite가 환원되면 알칼리가 생성되며 이와 같은 pH의 상승은 Selenite의 독성을 감소시키어 결과적으로 외래성 세균의 과다증식을 초래한다. Latose fermentation에 의한 산 생성은 pH를 중성이거나 약한 산성으로 유지되게 한다. 인산의 기능은 2배로 높아진다. 인산은 안정된 pH를 유지시켜 주며 selenite의 독성을 감소시켜 배지의 작용 정도를 증가시킨다.

(2) 검사 준비 및 저장방법(검체의 저장방법)

1) 검체는 감염이 있는 바로 그 부위에서 채취해야 하며 인접부위에서 오염 균이 들어가는 것을 막아야 한다.

(3) 검사 전 준비과정

1) 무균처리한 적당한 검체의 채취기구와 용기를 준비한다.

(4) 검사과정

- 1) 접종 시 무균인 곳(예. 클린벤치)에서 멸균된 채취 기구를 사용하여 검체를 채취한다.
- 2) 채취한 검체를 Selenite Broth 배지에 접종한다.
- 3) 35°C 인큐베이터 안에서 12hr 배양 후 결과를 판독한다.

(5) 결과판정

- 1) 균이 자랐는지 확인 후, 그 균이 어떤 균 인지 확인한다.
- 2) 판정기준

명칭	ATCC	성적
S.Typhimurium	14028	Growth
E.coli	25922	Partial to marked inhibition

● 정도관리

1) 사용할 균주

S. Typhimurium ATCC 14028
E. coli ATCC 25922

2) 사용할 배지

Selenite Broth 배지를 냉각고에서 꺼내 Clean Bench에 30분정도 준비한다.

3) 접종균액의 준비

표준균주 균집락을 채취하여 Mueller Hinton Broth 에 풀어 탁도 0.5 McFarland에 맞춘다.

4) 시험 과정

탁도를 맞춘 균액을 채취기구에 묻혀(약10μl) Selenite Broth 배지에 접종한다. 접종 후 , 37°C Incubator에서 24hr 배양 후 결과를 확인한다.

● 보관조건 및 사용기한

개봉여부	보관조건	사용기한
미개봉	냉장(2-10°C)	제조 후 3개월

● 원재료(성분 또는 특징)

Peptone	5 g
Lactose	4 g
Sodium Selenite	4 g
Sodium Phosphate	10 g

● 사용상의 주의사항 및 폐기 방법

1. 본 제품은 의료기기이며, 체외진단용으로만 사용합니다.
2. 본 제품은 반드시 냉장 보관 (2~10°C) 해 주십시오.
3. 사용시간이 경과한 제품이나 동결되었던 제품은 품질이 변질되어 정확한 결과를 얻을 수 없으므로 사용하지 마십시오.
4. 사용시 오염 가능성이 없는 곳에서 사용해 주십시오.
(예. 클린벤치)
5. 검체는 병원성 미생물일 가능성이 있으므로 취급시 주의하여 주십시오.
6. 사용 후 폐배지는 멸균 한 후 의료 폐기물 또는 산업 폐기물 등으로 구분하여 처리 해 주십시오.
7. 측정결과에 기초한 진단은 다른 검사 결과 등과 종합하여 담당 의사가 종합적으로 판단하여 주십시오.
8. 본 제품은 일회용이므로 재사용하지 하지 마십시오.

● 작성 및 개정연월일

작성연월일 : 2013년 11월 08일 개정연월일 : 2019년06월10일

● 포장규격(시약 구성내용)

50ea / 1kit

● 교환 및 반품

본 제품은 엄격한 품질관리를 필한 제품입니다. 만약 구입 시 사용기한이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 제품 등은 교환하여 드립니다.

연락처 : 02-3290-5700(대표)/Fax: 02-3290-5750